

測点番号	C003		
チオ硫酸	F=		
検 定 日	5/18	検定時刻	01:43 ~ (JST)
測 定 者	桂, 鈴木, 中村, 川上, 77田, 山口		

ボトル	びん番号	滴定値	備考	ボトル	びん番号	滴定値	備考
1	985	3.1757	泡なし	1			
2	857	3.1896	泡なし	2			
3	734	3.3317	泡なし	3			
4	723	3.2574	泡なし	4			
5	984	3.0140	泡なし	5			
6	906	2.8398	泡なし	6			
7	840	2.6569	泡なし	7			
8	918	2.3866	泡なし	8			
9	843	2.2119	泡なし	9			
10	931	2.0294	気泡無数	10			
11	983	1.8243	気泡無数	11			
12	883	1.3729	気泡なし	12			
13	942	1.0244	気泡数個	13			
14	902	0.8144	気泡なし	14			
15	710	0.8546	気泡たくさん	15			
16	908	1.0649	気泡数個	16			
17	735	2.2604	気泡なし	17			
18	914	3.4490	気泡なし	18			
19	976	4.4146	気泡なし	19			
20	948	4.4071	気泡なし	20			
21	816	4.2693	気泡なし	21			
22	970	4.5523	=	22			
23	800	4.4186	=	23			
24	859	4.3200	=	24			
25	990	4.2872	=	25			

備考 C004 の 939 と ~~869~~ の滴定データが入ってしまっている。
5 9