

測点番号	C006		
チオ硫酸	F=		
検 定 日	5月19日	検定時刻	10:40~
測 定 者	中田, 山本, 伊藤, 野田		

ボトル	びん番号	滴定値	備考	ボトル	びん番号	滴定値	備考
1	889	3.2949	気泡なし	1			
2	802	3.2798	なし	2			
3	830	3.1201	なし	3			
4	708	3.2557	なし	4			
5	939	2.9716	なし	5			
6	910	2.8565	なし	6			
7	968	2.6648	なし	7			
8	813	2.4232	なし	8			
9	864	2.3018	なし	9			
10	856	2.0317	なし	10			
11	891	1.7726	なし	11			
12	991	1.4395	なし	12			
13	704	1.1742	なし	13			
14	702	0.8321	なし	14			
15	714	0.7893	1個	15			
16	944	0.9766	なし	16			
17	950	2.0979	なし	17			
18	946	3.4353	なし	18			
19	986	3.8678	なし	19			
20	822	4.4652	1個	20			
21	825	4.1860	数個	21			
22	869	4.3697	なし	22			
23	916	4.3774	なし	23			
24	957	4.2904	なし	24			
25	871	4.3394	1個	25			

備考